



## **Aid- Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Diabetici** e **Fand-Associazione Italiana Diabetici**

Per Senso di Responsabilità e Profondo Rispetto per la Salute dei Pazienti diabetici, Sentiamo il Bisogno di segnalare, in un momento di Emergenza Sanitaria, l'importanza delle Normali regole di pulizia e disinfezione di Tutti i Dispositivi Medici in uso ai pazienti ed in particolar modo dei Glucometri (di qualsiasi Tipologia e di qualsiasi Marca ) in uso ai pazienti diabetici, soprattutto se fragili.

Il Ministero della Salute segnala l'Importanza del Lavaggio delle mani per la prevenzione del Contagio da Covid 19 ed è altresì Importante Ricordare l'importanza della normale pulizia di Tutti i Dispositivi Medici che vengono riutilizzati a livello domiciliare.

La corretta pulizia e disinfezione di Dispositivi Medici , come i Glucometri, è importante ed è importante che sia effettuata nel modo corretto al fine di Garantire la funzionalità e la conservazione degli stessi.

Generalmente nei manuali d'uso dei Dispositivi Medici è presente un paragrafo dedicato alla manutenzione ed alla pulizia. Qualora non sia disponibile il manuale, segnaliamo alcuni Consigli per una corretta pulizia e disinfezione dei Glucometri domiciliari :

Il glucometro deve essere pulito e disinfettato periodicamente usando un disinfettante di comprovata efficacia.

Per disinfettare il glucometro utilizzare un panno inumidito con una soluzione disinfettante adatta o una salvietta igienizzante nuova e strofinare la parte superiore, quella inferiore e le rimanenti superfici esterne almeno 3 volte in orizzontale e 3 in verticale.

Evitare che il liquido utilizzato per la pulizia penetri all'interno della fessura di inserimento sensore o venga a contatto con la presa Jack per lo scarico dati del glucometro.

Evitare che il liquido si vada a raccogliere nel vano batterie.

Per rimuovere eventuali residui di sporco, strofinare il display con un panno inumidito con acqua secondo necessità.

Asciugare a fondo utilizzando un panno morbido o una salvietta antistatica.

Attenzione: NON immergere il glucometro in acqua; non tenerlo sotto acqua corrente.

Attenzione: NON spruzzare il disinfettante direttamente glucometro

Consigliamo Vivamente in questo periodo d'emergenza , nelle operazioni di misurazione della glicemia effettuata in autoanalisi o da badanti o altri operatori , l'uso del Tasto di espulsione della striscia- se disponibile- al fine di evitare eventuali contatti e contaminazione con il sangue del paziente.

**[www.assodiabete.it](http://www.assodiabete.it)**  
**[www.fand.it](http://www.fand.it)**